MIRRAGEN

ADVANCED WOUND MATRIX

Инструкция по Применению

MIRRAGEN® предназначен для использования под наблюдением медицинского работника. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если упаковка продукта испорчена. Для получения дополнительных рекомендаций или поддержки, пожалуйста, свяжитесь со специалистами Медиво: **www.medivo.com.ua; medivoinfo@gmail.com;**

+38 (067) 67 067 84; +38 (048) 734 07 03

Тампонада Раны

Показания к применению: MIRRAGEN™ предназначен для использования в лечении ран. К числу видов раны относятся: раны частичной и полной толщины, язвы под давлением, венозные язвы, диабетикуляторы, хронические сосудистые язвы, туннельные / подколенные раны, хирургические раны (донорские участки / трансплантаты, кесарево сечение, хирургия после Моха, операция после лазерной хирургии, подиатрия, раневая болезнь) , травмы (ссадины, рваные раны), ожоги первого и второго порядка, повреждения кожи) и дренирующие раны.

1

Перед применением MIRRAGEN ™ очистите область раны соответствующим очищающим средством, таким как физиологический раствор или теплой водопроводной водой.

2



Уберите нежизнеспособную ткань из раны стандартными методами лечения.

3

Если рана сухая, смочите раневую основу и / или MIRRAGEN ™ небольшим количеством стерильного физиологического раствора. Важно поддерживать влажную раневую среду. Чрезмерная влажность может быть удалена из раневого основания и окружающей кожи, но следует избегать высыхания раны.

4



Отрежьте или разорвите материал MIRRAGEN ™ в рабочем размере (необходимо соблюдение техники асептического обращения).Заполните сначала области подрыва или туннелирования, используя аппликатор с хлопковым наконечником по мере необходимости. Избегайте чрезмерной плотности наполнения.

5



Обеспечьте прямой контакт с основанием раны и совместите материал MIRRAGEN ™ с формой раны. Убедитесь, что вся область раны покрыта. Для расширенного применения используйте MIRRAGEN ™ для непосредственного контакта с раневой основой и стенками. Мертвое пространство может, при необходимости, быть заполнено сухой или засоленной смолой.

6



Выберите вторичную повязку, которая поможет поддержать влажную среду раны. Для сухих ран рекомендуются окклюзивные или полуокклюзивные повязки для более эффективного удерживания влаги.

Инструкции о смене повязки на обратной стороне

Medivo

www.medivo.com.ua

Смена повязки

Повязки следует менять в соответствии со стандартными методами ухода за ранами. Регулярно осматривайте рану. MIRRAGEN ™ следует менять каждые 3-7 дней с частотой, основанной на нескольких факторах, в том числе: раневая влажность / утечка, место раны, размер и глубина раны, а также частота вспомогательных терапий.

1



Удалить загрязненную вторичную повязку и фиксационные материалы для обнажения материала MIRRAGEN ™. Перед продолжением осмотрите рану с оставшимся материалом MIRRAGEN ™.

2

Промойте или увлажните участок раны физиологическим раствором или теплой водой и тщательно вытрите лишний материал.

3

Не удаляйте насильно материал Мирраген, который врос в раневую ткань, так как это можеть ухудшить процесс заживления. Вросший материал Мирраген со временем растворяется.

4



После очищения раны повторно нанесите дополнительный материал Мирраген и вторичную повязку, как и при первичном применении Мирраген. Продолжайте лечение до полной грануляции раны.

Примечание: может произойти полное обесцвечивание материала Мирраген, эксудатов, раневой основы и/или окружающей ткани. Это нормально. Детальная информация приведена в примечаниях ниже.

Примечания

MIRRAGEN® Advanced Wound Matrix следует наносить повторно каждые 3–7 дней с частотой, зависящей от нескольких факторов, в том числе: влажность / протечка раны, местоположение раны, размер и глубина раны, а также частота дополнительных терапий.

Общие наблюдения
Раны, обработанные MIRRAGEN ™ , могут давать результаты, которые кажутся необычными для тех, кто не знаком с его уникальными свойствами. В большинстве случаев эти явления являются нормальной частью лечения и процесса заживления и не должны вызывать тревогу.

Обесцвечивание материала MIRRAGEN ™, экссудатов, основы или окружающих тканей
Естественное обесцвечивание происходит из-за химических реакций между компонентами раны и материалом MIRRAGEN ™. Обесцвечивание может быть серым, коричневым или даже черным, поскольку материал MIRRAGEN ™ интегрируется в новой ткани. Обесцвечивание может произойти на ранней стадии лечения и не должно вызывать беспокойства.

Покраснение и воспаление
MIRRAGEN ™ поддерживает новый процесс заживления, начинающийся с образования сгусткоподобной матрицы, и следует за естественными этапами заживления -воспаления, пролиферации и ремоделирования. Красное обесцвечивание указывает на сеть красных кровяных клеток, образующих новую грануляционную ткань (неоангиогенез).

Сухой или треснувший остаточный материал
Раневая основа может содержать остаточный материал MIRRAGEN ™, напоминающий влажный песок. Это нормально. Зоны, которые являются сухими и треснутыми, показывают, что среда раны может быть слишком сухой. Добавление небольшого количества соляного раствора может помочь в поддержании влажной среды раны.

MIRRAGEN ™ основан на рассасывающемся и биосовместимом биологически активном боратном стекле, специально предназначенном для заживления ран. Материал медленно растворяется при воздействии жидкости организма. Растворяясь, боратное стекло высвобождает ионы в раневой базе, которые поддерживают рост новой ткани. После перевязок, любой материал, оставшийся в раневой основе, поглощается раневой тканью.
Чтобы узнать больше смотрите www.medivo.com.ua

Техническая поддержка

Обращайтесь в службу поддержки клиентов Медиво с любыми вопросами:

+38 (067) 67 067 84
+38 (048) 734 07 03

medivoinfo@gmail.com

Medivo
www.medivo.com.ua